



|  RSUD Dr. SOEDARSO | KALIBRASI ALAT KESEHATAN | | |
|--|---|--|----------------|
| | No. Dokumen 17/065/005/Ak- RSDS/2018 | No. Revisi | Halaman 1/1 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit : 06 Agustus 2018 | Ditetapkan oleh X Direktur RSUD Dr. Soedarso  Dr. YUSTAR MULYADI, Sp.PD(K)GEH Pembina Utama Muda Nip. 19620328 198910 1 001 | |
| PENGERTIAN | Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional. | | |
| TUJUAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapai kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan serta keamanan alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit. 2. Menjaga mutu pelayanan Rumah Sakit tetap optimal. | | |
| KEBIJAKAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. KEPMENKES RI No: 363/ Menkes / Per / IV/1998. 2. UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 3. Protap Instalasi Pengelolaan Fasilitas Sarana RSUD Dr. Soedarso. | | |
| PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator alat melihat sticker / label masa kalibrasi yang ada pada alat kesehatan. 2. Operator alat melaporkan secara tertulis kepada Petugas IPFRS untuk alat yang akan dikalibrasi. Dengan kriteria : <ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki sertifikat/ tanda lulus pengujian dan kalibrasi. - Masa berlaku sertifikat dan tanda lulus pengujian dan kalibrasi telah habis. - Diketahui penunjukan atau keluarannya atau keamanannya tidak sesuai lagi. - Telah mengalami perbaikan, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. - Telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku. 3. Petugas IPFRS menerima laporan, mendata, merekapitulasi secara tahunan dan mengusulkan kepada Unit Kerja Terkait Rumah Sakit. 4. Unit Kerja Terkait Rumah Sakit mengusulkan data Alat Kesehatan yang akan dikalibrasi kepada Lembaga yang berwenang (BPFK) atau Pihak Ke III / Swasta yang bersertifikat melakukan kalibrasi. 5. Pemberian label kalibrasi yang baru pada alat kesehatan dilakukan setelah kalibrasi dilaksanakan. | | |
| UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 1. Operator Alat Kesehatan di RSUD Dr. Soedarso 2. IPFRS 3. Unit Kerja Terkait RSUD Dr. Soedarso 4. BPFK / Pihak III bersertifikat yang berwenang melakukan kalibrasi. | | |